

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莆田市第一医院
拟采购产品名称	高清电子内窥镜系统
拟采购产品金额	人民币 559.2 万元
采购项目所属项目名称	高清电子内窥镜系统
采购项目所属项目金额	人民币 559.2 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 一、采购项目基本情况 拟采购高清电子内窥镜系统 2 套，拟采购设备不在《政府采购进口产品审核指导标准》(2021 年版)目录内。 二、采购需求调查 国产高清电子内窥镜系统在某些功能(如特殊光染色观察模式)相比与进口同类产品尚处于起步阶段，根据莆田市第一医院消化内科消化道早期癌诊断及治疗的需求，选择采购性能优越、兼容性强的 高清电子内窥镜系统更适合科室的发展。根据莆田市第一医院关于高清电子内窥镜系统采购进口产品的需求公告中的用途描述：国产同类产品不具备配置自体荧光成像功能、黑白及彩色 CCD 的带顺次式及同时式扫描方式功能的影像处理光源一体化式胃肠镜系统。 综上所述，并结合科室的临床需求及发展要求，故选择采购性能优越、兼容性强的进口高清电子内窥镜系统。	
专家签字： 吴瑞华 林美珊 郭品 王松 陈为国 周伟雨	

日期：2024 年 12 月 24 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单

三、专家论证意见

姓名	联系电话	职称	类别	工作单位
董志强	13799612130	副主任医师	医疗	青山区医院

根据荆门市第一医院关于高清电子内窥镜系统采购产品的需求公告用途描述要求,配置自体荧光成像功能具备黑白及彩色CCD的吊顺次式及同时式扫描方式功能的影像处理光源一体化胃肠系统用于消化道早癌筛查筛查及内镜四级手术微创治疗,进口产品同时具备彩色CCD和黑色CCD.因品牌没有,按照市第一医院需求要求,采购进口高清电子内窥镜系统。

董志强
2024.12.2

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

三、专家论证意见				
姓名	联系电话	职称	类别	工作单位
戴将绿	13859897999	主任医师	医疗	莆田市妇幼保健院
根据市第一医院需求公告(关于高清电子内窥镜系统采购进口产品需求公告)中的用途描述:“配置自体荧光成像功能,具备黑白及彩色CCD图像模式及同时式扫描式功能”的35套进口光源一体化式胃肠镜系统”。国内同类产品不具备黑白及彩色CCD图像模式及同时式扫描式功能,按照市第一医院需求,采购进口高清电子内窥镜系统才能满足。 戴将绿 2024.12.2				

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

三、专家论证意见				
姓名	联系电话	职称	类别	工作单位
林美洲	13959552138	副主任医师	医生	莆田市疾控中心
根据莆田市第一医院关于高清电子内窥镜系统采购进口产品的需求公告中用途描述，配置自体荧光成像功能，需具备黑白及彩色CCD的带顺次式，进口产品具备，而国产产品不具备，故采购进口该产品。 12。 林美洲 2024.12.2.				

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

三、专家论证意见

姓名	联系电话	职称	类别	工作单位
李三	12607531658	高级工程师		莆田市肿瘤医院

根据莆田市第一医院关于“高亮电子内镜”采购需求公告中所述配置要求，该产品应具备功能：具有黑色及彩色CCD成像、顺次式及同时式扫描方式、功能齐全、图像清晰、光源一体化、视野宽广、适用于临床检查、进口产品、而国产产品不具者，故，采购进口产品。

李三
2014.12.2

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

三、专家论证意见

姓名	联系电话	职称	类别	工作单位
陈为国	13859857078	律师	法律	福建瀛支律师事务所

该产品不属于进口限制产品,可以采购。

陈为国

2024.12.2

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

专家组成员情况表

姓 名	联 系 电 话	职 称	工 作 单 位
张 辉 强	13859897999	主任护士	市妇幼保健院
林美洲	13959552138	副主任医师	莆田市疾控中心
苏 志 强	13607531658	副主任医师	莆田市附属医院
黄志强	13799612130	副主任医师	晋江区医院
陆为国	13859857078	律师	福建瀛光律师事务所